

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI70300-050 GroLine раствор для хранения электродов (500 мл)

HI70300-050 GroLine раствор для хранения электродов (500 мл)

Image not found or type unknown

HI70300-050 - это раствор для хранения GroLine, которое можно использовать для хранения вашего pH-электрода *. Для обеспечения оптимального времени отклика стеклянный наконечник датчика и опорное соединение pH-электрода должны быть влажными и не должны высыхать, когда они не используются. Подходящим способом хранения электрода является помещение электрода в небольшой стакан, наполненный раствором для хранения, или замена раствора в защитном колпачке. HI70300-050 также следует использовать для регидратации электрода после процедуры очистки путем замачивания в течение не менее одного часа перед проведением измерений.

* Никогда не храните электроды pH или ОВП в дистиллированной или деионизированной воде. Это сократит срок службы датчика.

Герметичная бутылка с защитой от вскрытия

- Обеспечивает качество и свежесть раствора

На каждой бутылке указан номер партии и срок годности.

- Растворы для хранения Hanna специально разработаны таким образом, чтобы срок годности неоткрытой бутылки составлял 5 лет с момента изготовления.

HI70300-050 - это раствор для хранения Groline, приготовленный с использованием химических реагентов, которые можно использовать для обеспечения оптимальной производительности ваших электродов pH и ОВП. Необходимо хранить pH-электрод в растворе, чтобы сохранить стеклянную мембрану pH-электрода гидратированной. В идеале следует использовать раствор для хранения; никогда не храните электрод в дистиллированной или деионизированной воде. Раствор для хранения GroLine специально разработан для минимизации роста микроорганизмов и предотвращения любых диффузионных / осмотических эффектов при хранении зонда в растворе с высококонцентрированным внутренним эталонным электролитом. Хранение ваших электродов pH и / или ОВП в растворе для хранения также обеспечит чистоту соединения. Поддержание гидратированного слоя и четкого соединения поможет обеспечить быстрое и надежное измерение. В случае очистки вашего pH-электрода одним из наших чистящих растворов мы рекомендуем замочить электрод в растворе для хранения HI70300-050 Groline не менее чем на один час перед проведением измерений.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	HI70300-050

Бренд: HANNA Instruments

Измеряемый параметр: pH